



證書編號：L2613-190712

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

大同股份有限公司三峽廠

大同公司馬達測試實驗室

新北市三峽區溪東路 352 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2613

初 次 認 證 日 期：一百零一年七月一日

認 證 有 效 期 間：一百零七年七月一日至一百一十年六月三十日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零八年七月十二日



證書編號：L2613-190712

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2613

實驗室主管：林宗智

19.17 電子與電機
低電壓三相感應電動機
E007

1. 溫升試驗
2. 滿載特性及轉矩特性試驗
3. 啟動輸入特性試驗
4. 絕緣耐電壓試驗

5. 噪音

CNS 10919

CNS 1056

CNS 9813

CNS 11330

CNS 5421

AC 600 V 以下, 0.020 kW to 375 kW, 2 P to 12 P, 60 Hz

報告簽署人：林宗智；劉啟威；顏川城

19.17 電子與電機
低壓三相鼠籠型高效率感應電動機
E007

1. 溫升試驗
2. 滿載特性
3. 轉矩特性
4. 啟動電流特性
5. 絕緣耐電壓
6. 噪音

CNS 14400

CSA C390 Method 1

IEEE-112 method B

CNS 10919

CNS 5421

AC 600 V 以下, 0.18 kW to 220 kW 2 P to 8 P, 60 Hz

報告簽署人：林宗智；劉啟威；顏川城

19.17 電子與電機
低壓單相感應電動機
E007

1. 溫升試驗



證書編號：L2613-190712

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 2. 滿載特性及最大起動電流
- 3. 轉矩特性
- 4. 絕緣耐電壓

CNS 1057

AC 600 V 以下, 0.075 kW to 7.5 kW, 2 P to 8 P, 60 Hz

報告簽署人：林宗智；劉啟威；顏川城

19.17 電子與電機

高壓三相感應電動機

E007

- 1. 特性試驗
- 2. 特性
- 3. 停頓轉矩
- 4. 溫升試驗
- 5. 絕緣耐電壓
- 6. 噪音

CNS 1373

CNS 5421

AC 13.2 kV max, 37 kW to 12500 kW, 2P to 24 P, 60 Hz

報告簽署人：黃廷智

(以下空白)